



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.ГБ05.В.00822

Серия RU № 0194182

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

НАНИО "Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования". 115230, Москва, Электролитный проезд, д. 1, корп. 4, комната № 9 (юридический); РФ, 140004, Московская обл., г. Люберцы, ВУГИ, ОАО "Завод "ЭКОМАШ" (фактический), тел./факс: +7 (495) 554-2494, E-mail: zalogin@csve.ru. Аттестат (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05) выдан 09.08.2011 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Приказ об аккредитации Федеральной службы по аккредитации № 2860 от 13.08.2012

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Метеоспецприбор»,  
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37 литер А  
ОГРН: 1089848055417. Телефон/факс: (812) 702-07-39  
E-mail: krylov.v@mspex.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Метеоспецприбор»,  
Россия, 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 37 литер А.

## ПРОДУКЦИЯ

Газоанализаторы стационарные ГСО-2, МГС0-2 (КБРЕ.413311.005 ТУ);  
газоанализатор портативный МСП-Сигма-МХ (КБРЕ.413415.003 ТУ); течеискатель газов  
МСП-ДЕЛЬТА (КБРЕ.411218.003 ТУ) с Ex-маркировкой согласно приложению  
(см. бланки №№ 0177764, 0177765, 0177766). Серийный выпуск.

## КОД ТН ВЭД ТС

9027 10 100 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011  
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; ГОСТ 30852.0-2002  
(МЭК 60079-0:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования;  
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1.  
Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка»; ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999)  
Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 390.2014-Т от 17.10.2014

ИЛ ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.21ГБ04 от 17.10.2014);

Акта о результатах анализа состояния производства № 175-А/14 от 15.09.2014

ОС ЦСВЭ (рег. № РОСС RU.0001.11ГБ05, срок действия с 09.08.2011 по 28.07.2015).

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1с.

Сертификат действителен с приложением на 3-х листах.

Инспекционный контроль – 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

25.11.2014

ПО

25.11.2019

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

А.С. Залогин  
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Ю.Д. Жуковин  
(инициалы, фамилия)